

# 据付時適格性確認(IQ)シート

装置が設計仕様書または仕様書または注文書に定めた通りに納品され、適切な環境に据え付けられ、また、この環境が装置に適していることを確認し、記録を作成するためのシートです。

The logo for Kubota, featuring the word "Kubota" in a stylized, teal-colored font. The letters are bold and rounded, with a unique design for the 'u' and 'o' characters.

For Earth, For Life

# 据付時適格性確認(IQ)シート



For Earth, For Life

【本紙を据付時適格性確認の様式として活用頂けます。】

管理番号

検 査	検査日		
	検査者	会社名	
名前		署名又は捺印 _____	
検査確認	確認日		
	管理者	会社名	
名前		署名又は捺印 _____	

## 【1. 製品諸元】

電気抵抗線式はかり			
製造者	株式会社 クボタ		
機種名			
器番(機番)			
性能	ひょう量		
	目量		
使用環境	温度		
	湿度		
	電源		
付属品	名 称	数量	機番
備考	_____		
	_____		
	_____		
	_____		

参照ドキュメント

カタログ

取扱説明書

納入仕様書

検査成績書

完成品検査成績書

その他

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 【2. 据付時適格性確認項目】

確認項目	合否
1 納品されたはかり及び付属品が注文内容と合致しているか。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2 納品されたはかり及び付属品に外的損傷がないか。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3 設置場所の環境が製品の使用環境(温度、湿度、電源)に適しているか。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
4 設置後、電源投入し、問題なく動作するか。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
備考	_____
	_____
	_____

以上